





**Skizze / Grundriss mit Einzeichnung der Probeentnahmestellen:**

**Kontakt:**

Tel.: 03641-50 48 11 oder -30  
Mail: [labor@blei-institut.de](mailto:labor@blei-institut.de)

**Anwendungsbereich:** Ermittlung der Stärke der Beaufschlagung von Oberflächen mit sedimentierten keimfähigen Schimmelpilzbestandteilen (ggf. als Kontrolluntersuchung nach Oberflächenreinigung infolge Schimmelpilzsanierung), nicht zur Feststellung eines Schimmelpilzbewuchses!

**Vorgehensweise zur Probenahme von Abdruckproben** (Material bei uns erhältlich – bitte vorab mit uns Verbindung aufnehmen):

1. Deckel der Abklatschplatte abnehmen und Nährboden ca. 5 s mit der gesamten Kontaktfläche auf zu untersuchende Oberfläche (leicht und vorsichtig) andrücken
2. beprobte Agarplatte (sofort) mit Deckel verschließen und mit dem beigelegten Parafilm® am Rand umlaufend versiegeln (Streifen beim Umwickeln der Platte etwas (nicht zu stark!) auseinanderziehen, da er sonst nicht haftet)
3. pro Probenahmepunkt **jeweils eine Platte DG18** und **MEA** verwenden
4. DG18- und MEA-Platte **nicht unmittelbar auf dieselbe Fläche** abdrücken, sondern nebeneinander
5. eine Platte nicht mehrfach abdrücken
6. Agarplatten auf dem Deckel mit einem wasserfesten Stift beschriften
7. Formular ausfüllen
8. Nährmedien, Formular sowie nicht benötigtes Probematerial (!) schnellstmöglich zurückschicken

Vor der Verwendung und bis zum Versand sind die Proben kühl (möglichst bei 4°C) zu lagern.